

Châu Thành, ngày 05 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm vật tư y tế, vật tư tiêu hao, trang thiết bị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 6 tháng đầu năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành; Số 769 khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- DSCKI. Đào Trọng Nghĩa
- Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế
- Điện thoại liên hệ: 0932893122.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lầu 2, khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành; Số 769 khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 10 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Phụ lục danh mục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành; Số 769 khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận đơn đặt hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện tạm ứng, thanh toán 1 lần khi có đủ chứng từ hóa đơn, nghiệm thu, thanh lý.

5. Các thông tin khác:

- Giá chào thầu là giá trọng gói bao gồm vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế, phí các loại.

- Cam kết cung cấp đầy đủ: CO; CQ; Giấy phép nhập khẩu, hồ sơ nhập khẩu, thiết bị của Hải quan (đối với thiết bị nhập khẩu), giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với thiết bị sản xuất trong nước) và các giấy tờ khác theo quy định hiện hành khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KDTTBVTYT

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Ánh Hằng

PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kĩ thuật cơ bản hoặc tương đương	Tiêu chuẩn chất lượng	ĐVT	Đơn Giá	Ghi Chú
1	2	3	4	5	6	7
1	Bao đo huyết áp các cỡ	Sử dụng cho người lớn có chu vi bắp tay: 22-33cm, tương thích với thiết bị. Sử dụng cho trẻ em có chu vi bắp tay: 12-19 cm, tương thích với thiết bị.	ISO 13485	Cái		
2	Đè lưỡi gỗ	Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. - Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm	ISO 13485	Hộp		
3	Film khô laser DI HL 20x25cm hoặc tương đương	Kích thước 20x25cm (Tương thích với máy in phim khô model: DryPix 4000/6000/7000, DryPix Plus, Smart)	ISO 13485	Tấm		
4	Gạc phẫu thuật 7cm x 10 cm x 8 lớp không vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 23-29 g/m. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5 gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $< 0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $\geq 80\% \pm 10\%$. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Kích thước 7cm x 10cm x 8 lớp.	ISO 13485	Gói		
5	Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiếu < 10 CFU/g, tổng số nấm < 10 CFU/g. Không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.	ISO 13485	Lít		



STT	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương	Tiêu chuẩn chất lượng	ĐVT	Đơn Giá	Ghi Chú
6	Huyết áp điện tử	- Chức năng: Đo huyết áp, nhịp tim. - Vị trí đo: Đo huyết áp bắp tay. - Dải đo huyết áp: 0 - 295 mmHg; Dải đo nhịp tim: 40 - 199 nhịp/phút - Độ chính xác huyết áp: ± 3 mmHg; Độ chính xác nhịp tim: $\pm 5\%$	ISO 13485	Bộ		
7	Ống nghe y tế	Loại nghe hai mặt tim phổi, dây dẫn bằng cao su; bộ phận khuyếch đại âm thanh bằng aluminum.	ISO 13485	Cái		
8	Van huyết áp	Van inox dùng để thay thế trong máy đo huyết áp kế đồng hồ	ISO 13485	Cái		
9	Vòng tránh thai	Hình chữ T bằng nhựa dẻo, có ống đồng, có dây ở cuối ngành dọc, có thước đo và ống đặt.	ISO 13485	cái		
10	Ca đông hóa chất có chia vạch (2000 ml)	Ca nhựa chia vạch xanh dùng trong đông thể tích nước, chất lỏng, dung dịch. Ca nhựa có vạch chia in màu xanh để nhìn và theo dõi dung tích. Chất liệu nhựa PP trắng đục. Phù hợp trong đông hoá chất, cồn, dung môi và các loại nước. - Dung tích: 2000ml - Grad: 20/1ml - Ø: 149mm - Chiều dài: 213mm - Chia độ: 400ml	ISO 13485	Cái		
11	Phễu mù (loại lớn)	Phễu nhựa dùng để lọc sản phẩm hoặc chiết dung dịch từ bình lớn sang chai nhỏ Đường kính: 15cm	ISO 13485	Cái		
12	Phễu thủy tinh (loại lớn)	Phễu thủy tinh thí nghiệm là sản phẩm có phần ống bên trên rộng để rót sản phẩm vào và thon dần đều về phần đuôi để đưa sản phẩm cần trích chiết vào dụng cụ chứa có miệng với đường kính nhỏ. Phễu thủy tinh có các kích thước: Ø 150 mm.	ISO 13485	Cái		
13	Hộp đựng lame kính (100 vị trí)	Hộp đựng lam kính là dụng cụ bằng gỗ, bằng nhựa, hoặc bằng inox bên trong được thiết kế khe rãnh để đặt riêng biệt từng lam kính với nhau. Số vị trí đặt lam kính: 100 Kích thước 8,25 x 6,37 x 1,25 cm	ISO 13485	Cái		

STT	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương	Tiêu chuẩn chất lượng	ĐVT	Đơn Giá	Ghi Chú
14	Hộp đựng lame kính (25 vị trí)	Hộp đựng lam kính là dụng cụ bằng gỗ, bằng nhựa, hoặc bằng inox bên trong được thiết kế khe rãnh để đặt riêng biệt từng lam kính với nhau. Số vị trí đặt lam kính: 25 Chất liệu: Nhựa	ISO 13485	Cái		
15	Que thủy tinh khuấy dung dịch trong suốt	Dài 20-30cm	ISO 13485	Cái		
16	Giấy lọc hóa chất (Khổ A3)	Chất liệu: Polypropylene. Bề rộng 0.65m x dài 100m, định lượng 30g/ m2 tương ứng 50 micron Cuộn giấy lọc hóa chất công nghiệp MGPT 30g là một sản phẩm được thiết kế để lọc các tạp chất trong các dung dịch công nghiệp. Cuộn giấy lọc công nghiệp MGPT 30g có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt và không bị ảnh hưởng bởi các axit và bazơ mạnh. Cuộn MGPT 30g có kích thước 30cm x 100m, độ dày 0.2mm và trọng lượng 30g/m2.	ISO 13485	Cuộn		
17	Mâm inox	Khay Chữ Nhật được làm bằng chất liệu inox, dùng để đựng dụng cụ y tế. kích thước: 60x40x2,5 cm	ISO 13485	Cái		
18	Giấy đo điện tim	Kích thước 90x80mm (Tương thích với máy đo điện tim MAC 600)	ISO 13485	xấp		
19	Bao đo huyết áp các cỡ dùng tương thích với máy theo dõi bệnh nhân	Chất liệu: Cao su y tế, silicone và vải, Kích thước: 19cm - 35cm	ISO 13485	Cái		
20	Túi sơ cấp cứu	Chất liệu túi có tính năng ưu việt như dẻo dai bền sợi, chịu được mài mòn, ít tác động của nhiệt độ, không nhăn, ít bám bụi và dễ vệ sinh bảo quản, hạn chế thấm nước. Kích thước: 40x30x22cm	ISO 13485	Cái		
21	Xe đẩy máy điện tim	Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, cao 800 mm, xe gồm 2 tầng: + Tầng 1 kích thước 500x500 mm, lan can inox ống phi 8 mm + Tầng 2 kích thước 400x400 mm, có vách 4 cạnh Xe có 4 bánh xe y tế chuyên dụng (2 bánh có khóa), trụ inox đường kính 27mm	ISO 13485	Cái		

STT	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kĩ thuật cơ bản hoặc tương đương	Tiêu chuẩn chất lượng	ĐVT	Đơn Giá	Ghi Chú
22	Xe đẩy máy SPO2	Vật liệu: inox 304 dày 1 mm, cao 800 mm, xe gồm 2 tầng: + Tầng 1 kích thước 500x500 mm, lan can inox ống phi 8 mm + Tầng 2 kích thước 400x400 mm, có vách 4 cạnh Xe có 4 bánh xe y tế chuyên dụng (2 bánh có khóa), trụ inox đường kính 27mm	ISO 13485	Cái		
Tổng cộng: 22 mặt hàng						